



细胞活性鉴别染液说明书（简化版）

（货号：D016-1 Cell Viability Detected Stain）

【检验原理】

因活细胞与死细胞对色素的吸附性不一样，即死细胞可以着色，因而可以判断细胞的死活。用活细胞占计数细胞中的百分比表示其活力。

【试剂组成】

试剂组成	外观	包装规格	
		D016-1-1	D016-1-2
试剂一	蓝色液体	20ml×1 瓶	100ml×1 瓶

【储存条件及有效期】

本试剂盒应置室温密封保存，有效期一年。

【操作步骤】

细胞悬液：试剂盒染液=9: 1 混合后，4 分钟立即计数。

【染色结果】

镜检结果：着色者（染成蓝色）为死细胞，未着色者为活细胞。